



CIRCULAR N° 2
INVITACION A COTIZAR N° 5000004298
“PROVISIÓN EQUIPOS - ACCESORIOS
CROMATÓGRAFO SAN ALBERTO”

A todas las Empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS de la Invitación a Cotizar, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

1. Favor compartir composición del gas, presión y temperatura de la línea, y el diámetro de la misma para poder garantizar que la sonda indicada podría funcionar sin problemas.

2	11018360	SONDA TOMA MUESTRA DE 18" Direct Drive Probe Regulator with Teflon/Neoprene Seals, Type 6 Membrane, 3/4" NPT Process Connection, 0-50 PSI Outlet Pressure Range, 1/4" FNPT Outlet Port, 18" Length. Tiempo de entrega 300 días calendario, Entrega Almacén SCZ YPFB Transporte	P/N 755-063-SS-014-18	GENIE	UN	1
---	----------	--	-----------------------	-------	----	---

Resp.: Se adjunta la información requerida como Anexo 1.

2. Para el ítem 2 nos estas solicitamos que indiquemos la siguiente información (Diámetro de la cañería, Composición del gas y Temperatura y presión de operación).

Resp. El ítem 2 describe características y número de parte específicas que son las requeridas. Aclarar que SI se tiene previsto que este incluido en el requerimiento del ítem 2 el accesorio con P/N: GPR-ACC-1112 (1/8" Tube Connector).

3. Nos solicitan si pueden pasar la placa para el ítem 1.

Resp. NO se cuenta con una placa para ítem 1. El equipo a reemplazar es de otras características.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 04 de abril de 2024