



CIRCULAR N° 1

INVITACIÓN N° 5000004438 “ADQUISICIÓN GASES PATRONES”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. ¿Sobre el proceso 5000004438 indica en las columnas de exactitud usar el método GPA 2198 y en las columnas de requerimientos indican e en el certificado debe usarse el método GPA 2108, Es correcto? deben usarse los dos métodos? ¿hay un error y debe usarse solo uno? ¿si es así cual método? ¿este método donde debe verse reflejado?, debe el mismo certificado indicar esto? debe usarse alguna certificación en este sentido? Favor aclarar.

R.1. El método de requerimiento para gases patrones de acuerdo a la norma GPA 2198, que debe cumplir con la tabla de exactitud de acuerdo al requerimiento de cada componente. La norma GPA 2108 es un error de escritura.

El certificado de calidad de cada gas patrón, debe incluir los datos de acuerdo a la especificación técnica.

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, 15 de mayo de 2024