



**CIRCULAR N° 1**

**INVITACIÓN N° 5000004536  
“ADQUISICIÓN TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL”**

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

**ACLARACIONES**

1. Ruego revise el rango -2000 PSI no existe, 2000 PSI es muy alto para nosotros, la presión diferencial máxima que podemos medir es de 1015 PSI.

**Respuesta**

- 1.- Confirmamos que la presión requerida es desde - 2000 PSI to 2000 PSI.

**Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.**

**Santa Cruz, 27 de junio de 2024**