



C I R C U L A R N ° 1

5000004607

“ADQUISICIÓN DE MANOMETRO DIGITAL DE PRECISIÓN”

A todas las Empresas interesadas, hacemos llegar la siguiente información para la solicitud de cotización de referencia:

1. CONSULTA

Por favor para aclarar el modelo requerido - confirme si se va requerir el KIT 700PTPK.

Respuesta:

En las especificaciones indica manómetro de presión 5000 PSI, eso quiere decir con un rango de 0 a 5000 PSI.

2. CONSULTA

Es posible ampliar el tiempo de entrega a 60 días calendario.

Respuesta:

Se mantiene el tiempo de entrega a 30 días calendario, mencionado en la solicitud de cotización.

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente **Circular1**, con el fin de que no tengan inconvenientes en subir su oferta al SRM.

Santa Cruz, 29 de julio de 2024